ACCU-CHEK® Mobile

Roche

FR

Guide de démarrage

Prise en main

ACCU-CHEK®

⚠

- Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel d’utilisation détaillé de votre système Accu-Chek Mobile. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d’utilisation du lecteur.
- **Le lecteur et l’autopiqueur sont conçus exclusivement pour un usage personnel !** Leur utilisation est réservée à la mesure de glycémie d’une seule personne.
  Il existe un risque de transmission d’infections si le lecteur ou l’autopiqueur sont utilisés par d’autres personnes ou si les professionnels de santé emploient le lecteur ou l’autopiqueur pour effectuer des mesures de glycémie chez plusieurs personnes.

Aperçu : Cassette-test, lecteur et au



A Bouton de déclenchement (armer et piquer)
B Affichage du nombre de lancettes disponibles
C Levier pour mise à disposition d’une nouvelle
D Embout rotatif destiné à régler la profondeur
E Zone réactive sur l’extrémité de la cassette
F Touches Haut/Bas
G Touche Marche/Arrêt et touche de Sélection
H Cran de sécurité permettant de dissocier l’aut
I Cran de sécurité permettant d’ouvrir le couver de la cassette
J Capot de protection

topiqueur



lancette
le piqûre

opiqueur du lecteur
rcle du compartiment

Cartouche
de
lancettes

1

Ouvrez le carton de l’emballage de la cassette-test et retirez l’emballage plastique contenant la cassette-test.

2



1 cassette-test = 50 tests

Retirez la nouvelle cassette-test de son emballage plastique.

Mise en marche du système Accu-Chek Mobile

1



Ouvrez entièrement le capot de protection jusqu’à la butée. Vous pourrez alors ouvrir le compartiment de la cassette et insérer la cassette-test.

2



Faites glisser le cran de sécurité du couvercle du compartiment de la cassette vers le haut.

4



Retirez le film protecteur des piles par l’arrière du lecteur. Retirez le film protecteur de l’écran d’affichage.

5



Appuyez sur la touche ◙ jusqu’à ce que le lecteur s’allume (plus de 2 secondes). Sélectionnez la langue avec les touches ▼ ▲.

3



Insérez une nouvelle cassette-test dans le lecteur. Refermez le couvercle du compartiment de la cassette ainsi que le capot de protection.

6



Appuyez sur la touche ◘ pour sélectionner la langue de votre choix. Appuyez de nouveau sur la touche ◘ pour confirmer le choix de la langue.

Préparer l'autopiqueur

1



Retirez l'embout rotatif destiné à régler la profondeur de piqûre.

2



Insérez une nouvelle cartouche de lancettes (en insérant d'abord la partie blanche). Vous disposez maintenant de 6 lancettes neuves stériles.



Ne retirez pas la cartouche de lancettes avant que les 6 lancettes soient toutes utilisées. Des cartouches de lancettes usagées ne peuvent pas être réutilisées.

3



Replacez l'embout.

4



Réglez la profondeur de piqûre désirée en tournant l'embout rotatif de l'autopiqueur jusqu'à la position souhaitée. Commencez par une profondeur moyenne de piqûre, par ex. 3.

Positionnement d'une nouvelle lancette



Préparez l'autopiqueur pour le prochain prélèvement de sang : Faites coulisser le levier situé sur le côté de l'autopiqueur en direction de ①, jusqu'à la butée, puis replacez-le en position initiale ②.

Avertissements



Lavez-vous les mains à l’eau chaude et au savon. Essuyez bien vos mains avant d’effectuer le prélèvement de sang.

⚠

- Appliquez le sang sur la zone réactive directement après avoir obtenu la goutte de sang et après vous être assuré que le lecteur indique *Appliquer sang*.
- Effleurez **légèrement** la zone réactive avec votre doigt pour appliquer le sang. N’appuyez pas la zone réactive contre votre doigt et veillez à ne pas étaler la goutte de sang.



Goutte de sang
bien formée



Goutte de sang
étalée

Pour chaque nouvelle mesure de glycémie, utilisez une petite goutte de sang frais, bien formée, et appliquez-la au centre de la zone réactive.

Effectuer une mesure de glycémie

1



Ouvrez le capot de protection. Le lecteur s’allume.

2



Appuyez fermement l’autopiqueur contre le site de prélèvement choisi. Enfoncez le bouton de déclenchement jusqu’à la butée.

3



Veillez à appliquer la goutte de sang au centre de la zone réactive. Effleurez légèrement la zone réactive.

4



La mesure est terminée au bout de 5 secondes environ. Lisez le résultat glycémique et refermez le capot de protection. Le lecteur s’éteint.

Service après-vente

Roche Diagnostics
2, Avenue du Vercors, B.P. 59
38242 Meylan Cedex, **France**
Numéro vert : 0 800 27 26 93
www.accu-chek.fr

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Diabetes Care
Schaarbeeklei 198
1800 Vilvoorde, **Belgique**
Tél: 0800-93626 (Accu-Chek Service)
Fax: 02 247 46 80
www.accu-chek.be

Mise à jour : 2011-07

CE **0088**

©2011 Roche Diagnostics

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE et FASTCLIX sont des marques de Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

06382681001(01) – 2011-08 M_Version01_Rev1